



# САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЙ, ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ, АГРОХИМИЧЕСКИЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ

**Тест-системы и тест-наборы линейки РС** представляют собой готовые растворы или сухие смеси реагентов. В зависимости от концентрации определяемого вещества изменяется окраска раствора.


**Тест-системы линейки РС** предназначены для колориметрического определения различных веществ в питьевых, природных, очищенных сточных водах и вытяжках из почв: в них включены все необходимые реагенты и посуду для проведения анализа, а также цветовая шкала для визуального определения.



**Тест-наборы линейки РС** предназначены для спектрофотометрического определения различных веществ в питьевых, природных, очищенных сточных водах и вытяжках из почв с использованием различных спектрофотометров и колориметров.



**Тест-системы линейки ИТ** основаны на использовании индикаторных трубок. В зависимости от концентрации определяемого вещества изменяется длина окрашенной зоны в индикаторной трубке.



Комплектуются мини-лаборатории для экспрессного контроля качества воды и контроля плодородия почвы.

Тест-системы и тест-наборы для контроля качества питьевой, природной и очищенной сточной воды, а также почвы были испытаны в подразделениях МПР РФ, Московском и Федеральном центрах ПотребНадзора.

Методики измерений на основе тест-наборов прошли государственную метрологическую аттестацию и внесены в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений.

<b>Линейка РС. Колориметрическое определение</b>			
<b>Тест-системы: Шифр, Компонент</b> (Диапазон определяемых концентраций – точки на цветовой шкале)	<b>Цена, руб.</b> (включая НДС)		
	<b>10</b> <b>опр.</b>	<b>50</b> <b>опр.</b>	<b>100</b> <b>опр.</b>
<b>Питьевые, природные, очищенные сточные воды.</b>			
<b>Технологические растворы</b>			
<b>МЭТ-Цветность-РС: Цветность, градусы: 0-10-20-50-100-120</b>	295		
<b>МЭТ-Мутность-РС: Мутность (ЕМФ): 0-2-5-10-20-40</b>	295		
<b>МЭТ-pH-РС: pH 4-4,5-5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9</b>	147.5	442.5	885
pH: 6-6,5-7-7,5-8-8,5	147.5	442.5	885
pH: 5-6-7-8-9	147.5	442.5	885
pH: 9-9,5-10-11-12	147.5	442.5	885
<b>МЭТ-Перманганатная окисляемость-РС:(O<sub>2</sub>, мг/дм<sup>3</sup>): 0-2-4-6-8-10</b>	442.5	1357	2714
<b>МЭТ-Щелочность-Т: (общая и карбонатная)</b>	442.5	1357	2714
<b>МЭТ-Растворенный кислород-РС: мг/дм<sup>3</sup>: 0-2-4-6-8-10-12-14</b>	708	2065	4130
мкг/дм <sup>3</sup> : 0-18-27-40-90	-	4484	8968
<b>МЭТ-Жесткость-Т: Жесткость, градусы (ммоль-экв/дм<sup>3</sup>): 1-10</b>	472	1416	2832
градусы (ммоль-экв/дм <sup>3</sup> ): 6-12	472	1416	2832
градусы (ммоль-экв/дм <sup>3</sup> ): 0,2-6	472	1416	2832
градусы (ммоль-экв/дм <sup>3</sup> ): 0,3-3	472	1416	2832
градусы (ммоль-экв/дм <sup>3</sup> ): 0,01-0,1	590	1534	3068
градусы (ммоль-экв/дм <sup>3</sup> ): 5-25	590	1534	3068
<b>МЭТ-NH<sub>4</sub>-РС: Ионы аммония, мг/дм<sup>3</sup>: 0-0,5-1-2-5-10</b>	531	1298	2596
мг/дм <sup>3</sup> : 0-0,2-0,5-1-2-3	708	2006	4012
<b>МЭТ-NO<sub>3</sub>-РС: Нитрат-ионы, мг/дм<sup>3</sup>: 0-1-5-10-20-45</b>	619.5	1593	3186
мг/дм <sup>3</sup> : 0-5-10-20-45-100	649	1829	3658
<b>МЭТ-NO<sub>2</sub>-РС: Нитрит-ионы, мг/дм<sup>3</sup>: 0-0,02-0,1-0,5-1-3,3</b>	531	1298	2596
<b>МЭТ-PO<sub>4</sub>-РС: Фосфат-ионы, мг/дм<sup>3</sup>: 0-0,2-0,5-1-3,5-5</b>	590	1829	3658
мг/дм <sup>3</sup> : 0-3,5-10-15-25-50	619.5	2006	4012
<b>МЭТ-Фторид-РС: Фторид-ионы, мг/дм<sup>3</sup>: 0-0,5-1-1,5-3-5</b>	531	1829	3658
<b>МЭТ-Хлорид-РС: Хлорид-ионы, мг/дм<sup>3</sup>: 0-10-50-100-350-700</b>	590	1652	3304
<b>МЭТ-Сульфат-РС: Сульфат-ионы, мг/дм<sup>3</sup>: 0-25-100-250-500</b>	590	1593	3186
<b>МЭТ-S-РС: Сульфид-ионы мг/дм<sup>3</sup>: 0-0,1-0,3-0,5-1-1,5</b>	619.5	1888	3776
<b>МЭТ-Сульфит-РС: Сульфит-ионы, мг/дм<sup>3</sup>: 0-1-2-5-7-10</b>	619.5	1888	3776
мг/дм <sup>3</sup> : 0-5-10-20-30-50	708	2006	4012
<b>МЭТ-Йодиды-РС: Йодид-ионы, мкг/дм<sup>3</sup>: 0-20-40-60-80-120</b>	826	3304	6608
<b>МЭТ-Акт.хлор-РС: Активный хлор, мг/дм<sup>3</sup>: 0-0,2-0,5-0,8-1,2-2</b>	531	1298	2596
<b>МЭТ-Озон-РС: Озон, мг/дм<sup>3</sup>: 0-0,3-0,75-1,2-1,8-3</b>	531	1298	2596
<b>МЭТ-Бром-РС: Бром, мг/дм<sup>3</sup>: 0-0,5-1,1-1,8-2,7-4,5</b>	531	1298	2596
<b>МЭТ-Кремний-РС: Кремний, мг/дм<sup>3</sup>: 0-0,5-2-5-10-20</b>	590	1711	3422
<b>МЭТ-Бор-РС: Бор, мг/дм<sup>3</sup>: 0-0,3-0,5-1-2-5</b>	708	2065	4130
мг/дм <sup>3</sup> : 0-0,3-5-10-50	767	2419	4838
<b>МЭТ-Fe-РС: Общее железо, мг/дм<sup>3</sup>: 0-0,05-0,1-0,3-0,5-1</b>	708	1593	3186
мг/дм <sup>3</sup> : 0-0,1-0,3-0,5-1-5	708	1593	3186
мг/дм <sup>3</sup> : 0-0,3-0,5-1-5-10	708	1593	3186
мг/дм <sup>3</sup> : 0-0,3-1-5-10-20	767	1652	3304
<b>МЭТ-Fe(II)-РС: Железо(II), мг/дм<sup>3</sup>: 0-0,1-0,3-0,5-1-5</b>	531	1298	2596
мг/дм <sup>3</sup> : 0-0,3-0,5-1-5-10	590	1534	3068
<b>МЭТ-Fe(III)-РС: Железо(III), мг/дм<sup>3</sup>: 0-0,2-0,3-0,5-0,8-1,5</b>	708	1593	3186
<b>МЭТ-Mn-РС: Марганец(II), мг/дм<sup>3</sup>: 0-0,05-0,1-0,2-0,5-1</b>	708	2124	4248
мг/дм <sup>3</sup> : 0-0,1-0,5-1-3-5	767	2183	4366
<b>МЭТ-Cr-РС: Хром(VI), мг/дм<sup>3</sup>: 0-0,05-0,1-0,3-0,5-1</b>	590	1652	3304
<b>МЭТ-Cr общ-РС: Хром общий, мг/дм<sup>3</sup>: 0-0,1-0,5-0,7-1-2</b>	-	1888	3776

МЭТ-Zn-PC: Цинк, мг/дм <sup>3</sup> : 0-0,3-0,5-0,7-1	590	1888	3776
МЭТ-Ag-PC: Серебро, мг/дм <sup>3</sup> : 0-0,05-0,1-0,2-0,4-0,8	767	3068	6136
МЭТ-Cu-PC: Медь(II), мг/дм <sup>3</sup> : 0-0,1-0,3-0,5-1-2	590	1829	3658
МЭТ-Ni-PC: Никель, мг/дм <sup>3</sup> : 0-0,05-0,1-0,5-1-5	590	1829	3658
МЭТ-AI-PC: Алюминий, мг/дм <sup>3</sup> : 0-0,05-0,1-0,2-0,5-1	708	1888	3776
МЭТ-Co-PC: Кобальт(II), мг/дм <sup>3</sup> : 0-0,05-0,25-0,5-0,7-1	590	1652	3304
МЭТ-Фенолы-PC: Фенольный индекс, мг/дм <sup>3</sup> : 0-0,1-0,2-0,5-1-3	826	3304	6608
МЭТ-Формальдегид-PC: мг/дм <sup>3</sup> : 0-0,05-0,1-0,2-0,5-1	767	3009	6018
МЭТ-НП-PC: Нефтепродукты, мг/дм <sup>3</sup> : 0-0,4-0,8-2-4-6-10-20	-	6490	12980
МЭТ-АПAB-PC: АПАВ мг/дм <sup>3</sup> : 0-0,3-1-2,5-5-10	-	3245	6490
мг/дм <sup>3</sup> : 0-1-2,5-5-10-20	-	3245	6490
МЭТ-КПАВ-PC: КПАВ мг/дм <sup>3</sup> : 0-0,5-1-5-7-10	-	3245	6490
МЭТ-НПАВ-PC: НПАВ мг/дм <sup>3</sup> : 0-5-10-20-30-50	-	3245	6490
МЭТ-H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> -PC: Пероксид водорода, мг/дм <sup>3</sup> : 0-0,05-0,1-0,2-0,5-1	-	3569.5	7139
%: 0-0,1-0,5-1-2-3	826	3569.5	7139
МЭТ-НДМГ-PC: Несимметричный диметилгидразин, мг/дм <sup>3</sup> : 0-0,2-1-2-5-10-50	-	6490	12980
<b>Почвы</b>			
<b>Наборы включают все необходимые реагенты и посуду для проведения экстракции из почв</b>			
МЭТ-Гумусовые кислоты-PC: Гумусовые кислоты, %: 0-0,08-0,16-0,32-0,6-2	1416	6018	12036
МЭТ-Азот аммонийный-PC (Почва): Азот аммонийный, мг/кг: 0-3-16-32-60-90	1357	3894	7788
МЭТ-Азот аммонийный-PC (Торф): Азот аммонийный, мг/кг: 0-15-80-160-300-450	1357	3894	7788
МЭТ-Азот аммонийный-PC(Гумус): Азот аммонийный, мг/кг: 0-150-800-1600-3000-4500	1357	3894	7788
МЭТ-Азот нитратный-PC (Почва): Азот нитратный, мг/кг: 0-5-29-45-90-180	1357	3894	7788
МЭТ-Азот нитратный-PC(Торф): Азот нитратный, мг/кг:0- 50-290-450-900-1800	1357	3894	7788
МЭТ-Азот нитратный-PC(Гумус): Азот нитратный, мг/кг:0- 500-2900-4500-9000-18000	1357	3894	7788
МЭТ-Фосфор подвижный-PC(Почва): Фосфор подвижный(P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ), мг/кг: 0-7.6-30-60-240-300	1298	3717	7434
МЭТ-Фосфор подвижный-PC(Торф): Фосфор подвижный(P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ), мг/кг: 0-40-150-300-1200-1500	1298	3717	7434
МЭТ-Фосфор подвижный-PC(Гумус): Фосфор подвижный(P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ), мг/кг: 0-400-1500-3000-12000-15000	1298	3717	7434
МЭТ-pH почвы-PC: pH 4-4,5-5-6-6,5-7-7,5-8	1239	3717	7434
МЭТ-Кислотность обменная-Т: Кислотность обменная	1298	3894	7788
МЭТ-Хлориды, почва-Т: Хлорид-ионы	1475	5959	11918
МЭТ-Марганец подвижный-PC: Mn подвижный, мг/кг: 0-2-10-20-40-100	1475	5959	11918
МЭТ-Нефтепродукты, почва-PC: Нефтепродукты, мг/г: 0-1,5-2-3-4-6	6490	13629	27258
МЭТ-Нефтепродукты, почва-PC: Нефтепродукты, мг/г: 0-3-4-6-8-12	6490	13629	27258
МЭТ-Нефтепродукты, почва-PC: Нефтепродукты, мг/г: 0-12-16-24-32-50	6490	13629	27258
МЭТ-Нефтепродукты, почва-PC: Нефтепродукты, мг/г: 0-60-80-120-160-240	6490	13629	27258
МЭТ-НДМГ, почва-PC: Несимметричный диметилгидразин, мг/кг: 0-0,5-1-5-7-50	-	13629	27258

## Линейка РС. Спектрофотометрическое определение

**Внимание!** Для проведения анализа требуется наличие спектрофотометра или колориметра с установленной градуировочной зависимостью.

Цены на фотометры приведены в отдельном прайс-листе:

[http://www.medecotest.ru/docs/met\\_photometers.pdf](http://www.medecotest.ru/docs/met_photometers.pdf)

Диапазон определяемых концентраций зависит от используемого прибора, в первую очередь, от длины волны и толщины поглощающего слоя.

Заказать прибор, его градуировку по выбранным показателям, уточнить диапазон определяемых концентраций для Вашего прибора или приобрести стандартные образцы для самостоятельной градуировки Вы можете при заказе тест-наборов для спектрофотометрического определения.

Обратите внимание, что для проведения градуировки прибора требуется специальное химическое образование и квалификация оператора.

Тест-набор: Шифр, Компонент	Цена, руб. (включая НДС)	
	50 опр.	100 опр.
<b>Питьевые, природные и очищенные сточные воды</b>		
МЭТ-Растворенный кислород-РС: высокие концентрации	2065	4130
	низкие концентрации	
	4484	8968
МЭТ-рН-РС: рН	472	944
МЭТ-Жесткость-РС: Жесткость	2124	4248
МЭТ-Кальций-РС: Кальций	1829	3658
МЭТ-Магний-РС: Магний	1829	3658
МЭТ-NH <sub>4</sub> -РС: Ионы аммония, высокие концентрации	1298	2596
	низкие концентрации	
	2006	4012
МЭТ-NO <sub>3</sub> -РС: Нитрат-ионы	1593	3186
МЭТ-NO <sub>2</sub> -РС: Нитрит-ионы	1298	2596
МЭТ-PO <sub>4</sub> -РС: Фосфат-ионы	1829	3658
МЭТ-Фосфонаты-РС: Фосфонаты	3068	6136
МЭТ-Фторид-РС: Фторид-ионы	1947	3894
МЭТ-Хлорид-РС: Хлорид-ионы	1652	3304
МЭТ-S-РС: Сульфид-ионы	1888	3776
МЭТ-Сульфит-РС: Сульфит-ионы	1888	3776
МЭТ-Сульфат-РС: Сульфат-ионы	1888	3776
МЭТ-Иодиды-РС: Иодид-ионы	3304	6608
МЭТ-Акт.хлор-РС: Общий активный хлор	1298	2596
МЭТ-Озон-РС: Озон	1298	2596
МЭТ-Бром-РС: Бром	1298	2596
МЭТ-Кремний-РС: Кремний	1711	3422
МЭТ-Калий-РС: Калий	1711	3422
МЭТ-Бор-РС: Бор	2065	4130
МЭТ-Молибден-РС: Молибден, высокие концентрации	1888	3776
	низкие концентрации	
	2419	4838
МЭТ-Fe-РС: Общее железо, высокие концентрации	1593	3186
	низкие концентрации	
	1652	3304

<b>МЭТ-Fe(II)-РС: Железо(II)</b>	1298	2596
<b>МЭТ-Fe(III)-РС: Железо(III)</b>	1711	3422
<b>МЭТ-Mn-РС: Марганец(II), высокие концентрации</b>	2124	4248
низкие концентрации	2183	4366
<b>МЭТ-Cr(VI)-РС: Хром(VI)</b>	1652	3304
<b>МЭТ-Cr общ-РС: Хром общий</b>	1888	3776
<b>МЭТ-Zn-РС: Цинк</b>	1888	3776
<b>МЭТ-Cu-РС: Медь(II), высокие концентрации</b>	1829	3658
низкие концентрации	3068	6136
<b>МЭТ-Ni-РС: Никель</b>	1829	3658
<b>МЭТ-Al-РС: Алюминий, высокие концентрации</b>	1888	3776
низкие концентрации	2537	5074
<b>МЭТ-Cd-РС: Кадмий</b>	1888	3776
<b>МЭТ-Co-РС: Кобальт(II)</b>	1652	3304
<b>МЭТ-Ag-РС: Серебро(I), высокие концентрации</b>	3068	6136
низкие концентрации	3717	7434
<b>МЭТ-H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>-РС: Пероксид водорода</b>	3569.5	7139
<b>МЭТ-Фенолы-РС: Фенолы</b>	3304	6608
<b>МЭТ-Формальдегид-РС: Формальдегид</b>	3009	6018
<b>МЭТ-Нефтепродукты-РС: Нефтепродукты</b>	6490	12980
<b>МЭТ-НПАВ-РС: НПАВ</b>	3245	6490
<b>МЭТ-АПАВ-РС: АПАВ</b>	3245	6490
<b>МЭТ-КПАВ-РС: КПАВ</b>	3245	6490
<b>МЭТ-НДМГ-РС: Несимметричный диметилгидразин</b>	6490	12980
<b>Набор для определения ХПК по ГОСТ 31859-2012</b>	4661	7788
<b>Почвы</b>		
<b>Наборы включают все необходимые реагенты и посуду для проведения экстракции из почв</b>		
<b>МЭТ-Гумусовые кислоты-РС: Гумусовые кислоты</b>	6018	12036
<b>МЭТ-Азот аммонийный-РС: Азот аммонийный</b>	3894	7788
<b>МЭТ-Азот нитратный-РС: Азот нитратный</b>	3894	7788
<b>МЭТ-Фосфор подвижный-РС: Фосфор подвижный(P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>)</b>	3717	7434
<b>МЭТ-Марганец подвижный-РС: Марганец подвижный</b>	5959	11918
<b>МЭТ-Калий, почва-РС: Калий</b>	5959	11918
<b>МЭТ-Медь подвижная-РС: Медь подвижная</b>	12390	24780
<b>МЭТ-Цинк подвижный-РС: Цинк подвижный</b>	12390	24780
<b>МЭТ-Молибден подвижный-РС: Молибден подвижный</b>	12390	24780
<b>МЭТ-Нефтепродукты, почва-РС: Нефтепродукты</b>	13629	27258
<b>МЭТ-НДМГ, почва-РС: Несимметричный диметилгидразин</b>	13629	27258
<b>Защищенный грунт</b>		
<b>Наборы включают все необходимые реагенты и посуду для проведения анализа</b>		
<b>МЭТ-Калий-РС: Калий</b>	1888	3776
<b>МЭТ-Кальций-РС: Кальций</b>	2419	4838
<b>МЭТ-Магний-РС: Магний</b>	2419	4838
<b>МЭТ-Сульфаты-РС: Сульфат-ионы</b>	2478	4956
<b>МЭТ-Азот аммонийный-РС: Азот аммонийный</b>	3245	6490
<b>МЭТ-Азот нитратный-РС: Азот нитратный</b>	1947	3894
<b>МЭТ-Фосфор-РС: Фосфор (P)</b>	2478	4956
<b>МЭТ-Бор-РС: Бор</b>	3127	6254
<b>МЭТ-Марганец-РС: Марганец</b>	3097.5	6195
<b>МЭТ-Общее железо-РС: Общее железо</b>	2006	4012
<b>МЭТ-Цинк-РС: Цинк</b>	3245	6490
<b>МЭТ-Медь-РС: Медь</b>	3422	6844
<b>МЭТ-Молибден-РС: Молибден</b>	3127	6254

**Порядковые номера и коды методик измерений по Федеральному информационному фонду по обеспечению единства измерений**

Компонент	Цена, руб., (включая НДС)
<b>Питьевые, природные и очищенные сточные воды</b>	
Нитрат-ионы (ФР.1.31.2012.13740)	4956
Нитрит-ионы (ФР.1.31.2012.13739)	4956
Ион аммония (ФР.1.31.2012.13738)	4956
Железо общ. (ФР.1.31.2012.13736)	4956
Марганец (ФР.1.31.2012.13737)	4956
Цинк (ФР.1.31.2012.13741)	4956
Хром(VI) (ФР.1.31.2012.13742)	4956
Общий активный хлор, Озон, Бром (ФР.1.31.2011.09214)	8142
Алюминий (ФР.1.31.2011.09215)	4956
Фосфаты (ФР.1.31.2011.09217)	4956
Фториды (ФР.1.31.2011.09218)	4956
Кальций, Магний, Жесткость (ФР.1.31.2011.09213)	8142
Йодиды (ФР.1.31.2011.09211)	4956
Сульфаты (ФР.1.31.2011.09212)	4956
Хлориды (ФР.1.31.2011.09216)	4956
Бор (ФР.1.31.2013.14673)	4956
Сульфиды (ФР.1.31.2013.14672)	4956
Формальдегид (ФР.1.31.2013.14671)	4956
<b>Почвы и грунты</b>	
Нитраты (Азот нитратный) (ФР.1.31.2015.20957)	7434
Аммоний (Азот аммония) (ФР.1.31.2015.20956)	7434
Фосфор подвижный (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ) (ФР.1.31.2015.20958)	7434

**Градуировка фотометров для работы с тест-наборами МЭТ**

Компонент	Цена, руб., (включая НДС)
<b>Питьевые, природные и очищенные сточные воды</b>	
АПАВ, КПАВ, растворенный кислород (низкие концентрации), pH	2301
Нефтепродукты, ХПК	3835
Остальные компоненты (цветность, мутность, жесткость, кальций, магний, ионы аммония, нитрат-, нитрит-, фосфат-, фторид-, хлорид-, сульфид-, сульфат-, сульфит-, иодид-ионы, фосфонаты, активный хлор, озон, бром, кремний, калий, бром, молибден, общее железо, железо(II), железо(III), марганец, хром(VI) и общий хром, цинк, медь, никель, алюминий, кадмий, кобальт, серебро, пероксид водорода, фенолы, формальдегид, НПАВ, растворенный кислород (высокие концентрации))	1534
<b>Почвы и грунты</b>	
Нефтепродукты	3835
Остальные компоненты (гумусовые кислоты, азот аммонийный, азот нитратный, фосфор подв., марганец подв., калий, медь подв., цинк подв., молибден подв.)	2301
<b>Защищенный грунт</b>	
Все компоненты	1534

По желанию Заказчика могут быть сформированы мини-лаборатории, состоящие из портативных фотометров и тест-наборов. При необходимости мини-лаборатории могут быть доукомплектованы портативными pH-, TDS-метрами, кислородомерами, прочими приборами, а также химической посудой.

Цены на фотометры приведены в отдельном прайс-листе:

[http://www.medecotest.ru/docs/met\\_photometers.pdf](http://www.medecotest.ru/docs/met_photometers.pdf)

<b>НАБОРЫ ДЛЯ ЭКСПРЕССНОГО АНАЛИЗА (ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ)</b>	
Наименование	Цена, руб (включая НДС)
<b>Питьевые, природные воды</b>	
<b>МЭТ-Водопроводная вода хлорированная-1</b> (1 анализ на следующие компоненты: рН, жесткость, железо общ., хлор активный)	300
<b>МЭТ-Водопроводная вода хлорированная-2</b> (1 анализ на следующие компоненты: рН, жесткость, железо общ., нитраты, аммоний, хлор активный)	450
<b>МЭТ-Водопроводная вода нехлорированная</b> (1 анализ на следующие компоненты: рН, жесткость, железо общ., нитраты, аммоний)	375
<b>МЭТ-Колодец</b> (1 анализ на следующие компоненты: цветность, рН, жесткость, железо общ., марганец, нитраты, аммоний)	525
<b>МЭТ-Родник</b> (1 анализ на следующие компоненты: цветность, рН, жесткость, железо общ., железо(II), марганец, нитраты, нитриты, аммоний)	675
<b>МЭТ-Скважина-1</b> (1 анализ на следующие компоненты: цветность, рН, жесткость, железо общ., железо(II), марганец, нитраты, нитриты, аммоний, фториды)	750
<b>МЭТ-Скважина-2</b> ( 1 анализ на следующие компоненты: цветность, рН, жесткость, железо общ., марганец, сульфиды, фториды)	525
<b>МЭТ-Аквариум</b> ( 1 анализ на следующие компоненты: рН, жесткость, щелочность, аммоний, нитраты, нитриты)	500
<b>МЭТ-Профессиональный-1</b> (1 анализ на следующие компоненты: рН, железо общ., железо(II), марганец)	340
<b>МЭТ-Профессиональный-2</b> (5 анализов на следующие компоненты: жесткость, железо общ., марганец)	1050
<b>МЭТ-Профессиональный-3</b> (5 анализов на следующие компоненты: рН, перманганатная окисляемость, жесткость, железо общ., марганец)	1750
<b>Почвы</b>	
<b>Наборы включают все необходимые реагенты и посуду для проведения экстракции из почв</b>	
Наименование	Цена, руб (включая НДС)
<b>МЭТ-Плодородие почвы-1</b> (1 анализ на следующие компоненты: гумусовые кислоты, рН, азот нитратный, азот аммонийный, фосфор подвижный)	1200
<b>МЭТ-Плодородие почвы-2</b> (2 анализа на следующие компоненты: гумусовые кислоты, рН, азот нитратный, азот аммонийный, фосфор подвижный)	1750
<b>МЭТ-Плодородие почвы-10</b> (10 анализов на следующие компоненты: гумусовые кислоты, рН, азот нитратный, азот аммонийный, фосфор подвижный)	5400
<b>МЭТ-Плодородие почвы-50</b> (50 анализов на следующие компоненты: гумусовые кислоты, рН, азот нитратный, азот аммонийный, фосфор подвижный)	19500